

受付番号：39-I27



校 正 証 明 書

申 込 者	マルマツビューロー株式会社
住 所	静岡県静岡市御門台5番2号
品 名	照度計
型 式	MPW-22ELP
製 造 者	マルマツビューロー株式会社
製 造 番 号	22-003
客先管理番号	-

校 正 年 月 日	2026年7月3日
発 行 年 月 日	2026年7月6日

校正結果は次頁の通りであることを証明します。

この校正証明書は、国家標準または国際標準にトレースされた標準器を用いて、校正した結果を示すものです。

この校正証明書を発行した事業者は、ISO/IEC 17025 に認定されています。

この校正証明書を発行した事業者は、ILAC（国際試験所認定協力機構）および APAC（アジア太平洋認定協力機構）の相互認証協定に調印している、Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. の認定を受けた校正機関です。



マルマツビューロー株式会社

〒424-0878

静岡県静岡市清水区御門台5番2号

TEL 054(348)7500

FAX 054(348)7503

校正証明書発行責任者 代表取締役社長 伊藤友規子

1. 校正結果

使用標準電球	校正値 (1 x)	参照照度計 表示値 (1 x)	被校正照度計 表示値 (1 x)	照度計間の差 (1 x)	不確かさ (%)
5000Luxレンジ 100V 3000cd	1000	996	996	0	1.8
500Luxレンジ 100V 3000cd	100	99.1	99.7	0.6	1.7
50Luxレンジ 100V 200W	10	10.06	10.08	0.02	1.8
5Luxレンジ 30V 40cd	1	0.980	0.996	0.016	1.8

2. 校正方法

マルマツビューロー株式会社 校正手順書 (MSP-I721-01) に明記されている、
水平光学ベンチ、及び光度標準電球を用いた方法で行う。

3. 校正条件

【校正室の環境】

- (1) 温度 25.8 °C
- (2) 湿度 62 %

4. GAIN

照度計内部メモリに保存

5. 実施場所

マルマツビューロー株式会社 試験研究棟 校正室

【付記】

- 1. 校正値は、参照照度計および被校正照度計に入射した値
- 2. 表示値は、参照照度計および被校正照度計が示した値
- 3. 校正の不確かさは、包含係数 $k = 2$ とした拡張不確かさであり、約95%の信頼の水準を持つと推定される区間を与える

備 考

--

使用標準器

品名	製造者	型式	製造番号	校正年月日
参照照度計	マルマツビューロー（株）	MLX-2006G	24-033	2025年7月8日
光度標準電球	東芝ライテック（株）	100V 3000cd	SB300110C	2025年12月16日
光度標準電球	近藤シルバニア（株）	100V 200W	8C07	2025年12月19日
光度標準電球	東芝ライテック（株）	30V 40cd	SD4250C	2024年1月15日

使用機器

品名	製造者	型式	製造番号	校正年月日
直流安定化電源	（株）高砂製作所	GP0110-20R	404330060092	—
直流安定化電源	（株）高砂製作所	GP035-20R	404170170172	—
標準抵抗器	横河メータ&インスツルメンツ（株）	2792(0.01Ω)	66VW2002	2024年7月10日
標準抵抗器	横河メータ&インスツルメンツ（株）	2792(0.1Ω)	66VW3001	2024年7月10日
デジタルマルチメータ	（株）エーディーシー	7461A	156260185	2025年9月29日

本校正証明書は書面による承認なしに、一部分のみを無断で複製する事を禁じます。

(以上)